BIOS™ Professional

Balance de réception numérique
Modèle : 603SC

Modèle	603SC
Capacité	100 kg/220 lb
Poids minimal	0,3 kg/0,66 lb
Résolution	0,1 lb/0,05 kg/2 oz ou 0,2 lb/0,1 kg/4 oz
Unités de poids	Livres (lb), kilogrammes (kg), livres et onces (lb/oz)
Écran	ACL rétroéclairé blanc
Dimensions de la platefome	11,7 po x 11,22 po x 1,22 po/29,8 cm x 28,5 cm x 3,1 cm
Alimentation	4 piles AA incluses et un adaptateur c.a. inclus

Nous vous remercions pour l'achat de la balance de réception numérique BIOS Professional. Afin d'assurer un fonctionnement adéquat et maintenir la durée de vie utile et la précision absolue de la balance, veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser cet instrument.

Pour de meilleurs résultats, faire fonctionner cette balance sur une surface plane et stable.

Mise en place des piles
1. Retourner la télécommande et glisser le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérer 4 piles AA en respectant la polarité.

REMARQUE : Une mise en place inadéquate des piles peut endommager la balance.

3. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place. La balance est maintenant prête à l'emploi.
4. Remplacer les piles lorsque l'écran de la balance est vide ou qu'il affiche « LO » lorsque l'instrument est mis sous tension.

Fonctionnement
1. Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » pour mettre la balance sous tension.
2. Attendre que l'écran affiche « 0.0 » (zéro) avant de déposer un poids quelconque sur la balance.
3. Déposer doucement le(s) article(s) devant être pesé(s) sur la plateforme.
4. Après quelques secondes, le poids devrait se stabiliser et vous devriez obtenir la mesure du poids à partir de l'écran ACL de la télécommande.
5. Appuyer sur la touche « **UNIT** » pour commuter aux différentes unités de mesure (lb, kg, lb/oz).

Tare
La touche « **TARE** » réinitialise l'écran à zéro lorsque le poids est sur la balance afin de vous permettre de soustraire le poids d'un contenant.
1. Déposer le contenant que vous voulez utiliser sur la plateforme.
2. Lorsque la lecture se stabilise, appuyer une fois sur la touche « **TARE** » .
3. Le dispositif de contrôle se réinitialisera à zéro, vous permettant d'ajouter maintenant les articles dans le contenant et d'obtenir uniquement le poids du contenu (poids net) sans y inclure le poids du contenant.

Étalonnage
1. Mettre la balance sur une surface plane et lisse.
2. Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » et attendre que l'écran affiche 0,00 kg. Si l'unité de mesure n'est pas en kg, appuyer sur la touche « **UNIT** » jusqu'à ce que kg soit l'unité de mesure utilisée.
3. Appuyer et tenir enfoncée la touche « **UNIT** » pendant 6 secondes. L'écran affichera 100 kg et 10 kg, 100 kg et 20 kg, ou 100 kg et 50 kg.
4. Appuyer sur la touche « **TARE** » pour basculer le poids étalonné vers 10 kg, 20 kg ou 50 kg. Vous pouvez sélectionner un poids étalonné de 50 kg. Appuyer sur la touche « **UNIT** » et « CAL » apparaitra à l'écran. 50 kg commencera à clignoter.
5. Déposer un poids de 50 kg sur la balance. Le poids cessera de clignoter à l'écran.

REMARQUE : si vous déposez un poids inférieur ou supérieur à 50 kg sur la balance, le 50 kg continuera de clignoter jusqu'au moment où vous déposerez le poids approprié sur la balance.

6. Votre balance est maintenant bien étalonnée.

Directives adéquates de soins et entretien
Ne pas exposer la balance à l'humidité.
Ne pas laisser tomber ou malmener votre balance.
Ne pas surcharger la balance. Elle sera endommagée de façon permanente,
Ne pas laisser un poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Pour le nettoyage de la balance, l'essuyer avec un chiffon humide. **Ne pas** submerger la balance dans l'eau.

Garantie d'un an
Ce produit est garanti pendant 1 an contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite un correctif, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation abusive, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

THERMOR LTD.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSPROFESSIONAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %